

みんなの呼吸器 Respica 別冊
『改訂 2 版 呼吸療法認定士 要点整理&まるおぼえノート』
正誤表

本文記載内容に下記のとおり誤りがございました。関係者の皆様、読者の皆様にお詫びし、訂正いたします。

◆p.10 【1 章】 1. 呼吸療法の歴史

【誤】 タンク型の陰圧式人工呼吸器の作製 (Dalziez)

【正】 タンク型の陰圧式人工呼吸器の作製 (Dalziel)

◆p.233 【8 章】 5. 新生児仮死とその蘇生法

図「2025 年版 新生児蘇生法 (NCPR) アルゴリズム」の出典

【誤】 細野茂春監修. JRC ガイドライン 2025 に基づく第 5 版 新生児蘇生法テキスト. 東京, メジカルビュー社, 2026, 62. より転載

【正】 細野茂春監修. JRC ガイドライン 2025 に基づく第 5 版 新生児蘇生法テキスト. 東京, メジカルビュー社, 2026, 62. より一部改変

◆p.234

【誤】 60 秒以内に人工呼吸の適応を判断しなければならないため、次の 3 点を協力して速やかに行う。

【正】 出生後 60 秒以内に人工呼吸を開始しなければならないため、次の 3 点を協力して速やかに行う。

◆p.240 要点振り返りチェック！

【誤】 ⑦蘇生の初期処置後、(無呼吸) もしくは (心拍数が 100 回/分以下) の場合は 人工呼吸を開始する。この判断は出生後 (60) 秒以内に行う。

【正】 ⑦蘇生の初期処置後、(無呼吸またはあえぎ呼吸) もしくは (心拍数が 100 回/分未滿) の場合は、出生後 (60) 秒以内に人工呼吸を開始する。